

整備交換部品リスト(Complete)

NO.	ユニット	部品名	P/N	交換部品数量
1	ESIプローブ	キャピラリーASSY	S225-14948-91	1※
2	ESIプローブ	PEEKチューブ 1.6φX0.13φ	S228-33833-91	1※
3	ESIプローブ	Oリング、4D-S8	S036-19004-05	1※
4	インターフェース	DL ASSY	S225-15718-91	1※
5	真空排気系	ロータリポンプ油(4l)	S017-30163-02	1
6	SI部ASSY	PEEK フリット	S228-48607-91	1※
7	MS試薬	標準試料,S/N測定試料	S225-06613-04	1
8	インターフェース	オリフィス	S225-15479	
9	インターフェース	Oリング、4D-S8	S036-19004-05	
10	インターフェース	Oリング、4D-S14	S036-19004-11	
11	インターフェース	Oリング,4D G125	S036-12523	
12	レンズ系	Oリング,4D G50	S036-12506	
13	レンズ系	Oリング, 4D G60	S036-12508	
14	レンズ系	Oリング, 4D G130	S036-12524	
15	真空排気系	イオンゲージ	S225-09490-01	
16	真空排気系	ガasket 14	S261-00207-02	
17	真空排気系	PB1ヨウフィラメント,ROHS	S225-20310-91	
18	SI部ASSY	ティコウカン(1コイリ)	S225-15873-91	
19	SI部ASSY	スペーサ、FMK	S225-15697-01	
20	検出器	EM,AF625	S225-09340-11	
21	RP、TMP	RP_E2M28 O/H	-	
22	RP、TMP	センタリング,SNS7025	S035-06033-03	
23	RP、TMP	コード,RP ASSY	S225-03326-91	
24	RP、TMP	ターボ分子ポンプ EXT200/200H 一式 O/H	-	

*整備交換部品は予告無く変更されることがあります

※印の部品・数量はPMパーツキット(P/N: 225-27725-42)の構成です。

オプション[APCIプローブ、DUIS]付きの場合

[APCIプローブ]				
25	APCI	ヒータブASSY	S225-15619-41	1
26	APCI	APCIパイプASSY	S225-15845-91	1
27	APCI	ニードルASSY,D	S225-15877-92	適時
28	APCI	フェルルール(LCMS2020)	S225-03748-03	

[DUIS]				
29	DUIS	ニードルASSY,D	S225-15877-92	1
30	DUIS	DUIS据付用試料	S225-06613-13	1

*整備交換部品は予告無く変更されることがあります