

**ExionAC Basic Repair 定期点検時の交換部品一覧表(1回分)**

部品番号	名 称	数量	備 考
<b>ExionAC Pump</b>			
4443302	PM Kit for LC-20ADXR (Shimadzu)	1	
	(内容)		
4425151	Shimadzu Rinse Pump Diaphragm for LC-20 (2 pack)	ダイヤフラム2個入り	
4427161	Yellow Plunger Seal for LC-20ADXR (Shimadzu)	シール	
4426106	Shimadzu Solvent Improved Stainless Filter	ソルベントフィルター	
4425351	Shimadzu Line Filter UHP Assembly	ラインフィルター	
4426094	LUBRICANT,SHMDZ GREASE 25GMS	グリス	
※ポンプ1台分の交換部品です。			
<b>ExionAC AutoSampler</b>			
4443036	PM Kit for SIL-20AXR/ACXR (Shimadzu)	1	
	(内容)		
4425339	SEAL,SHMDZ SEAL 42429	ブラインジヤースール (計量ポンプ)	
4427091	SEAL,SHMDZ XR NEEDLE SEAL	ニードルシール	
4427782	Rotor Seal, Shimadzu SIL 5 Port	ローターシール	
4427778	HPV Rotor (SIL-20XR)	ローターシール	
4426106	Shimadzu Solvent Improved Stainless Filter	ソルベントフィルター	
4426274	LUBRICANT,SHMDZ FORTIFIED GREASE	グリス	
4427090	LUBRICANT,SHMDZ SIL-HT ZSHAFT OIL	オイル	

**Triple Quad 4500 定期点検時の交換部品一覧表(1回分)**

部品番号	名 称	数量	備 考
* 5054105	PM Kit (4500/5500/6500)	1	年1回交換推奨
	(内訳)		
1029847	FILTER* FOAM 10PPI 0.5 INCH X 1.47 INCH X 20.67 INCH	4	
1036536	TOOL* SWAB ANTI-STATIC FOAM 50	20	スワブ
019670	TOOL* SWAB ANTI-STATIC FOAM	20	スワブ
025392	TIS Electrode	1	TIS用
5045984	FITTING* 1 16 INCH UNION	1	
003403	ORING* 3 16 INCH ID X 1 16 INCH W VITON	1	
5053804	FITTING* 1/16 INCH SHORT HEX PEEK	1	
026626	Spring for Turbo V source	1	
017809	ORING* 5.3 ID X 1.77W VITON (017809)	2	
016316	TUBE* 1 16 OD X .005 BORE	50CM	
016325	FITTING* PEEK 10 32 X 1 16 INCH	2	
5021302	ORING* 0.75IN ID X 0.937 OD X 0.093 THK VITON	2	
5039070	LABEL* FIELD SERVICE	1	
* 5043115	OIL FOR ROUGHING PUMP 1L	2	Leybonol LVO700用オイル 3年に1回の交換
* 5023722	Filter Cartridge Exhaust	1	SV28用ミストフィルター 3年に1回の交換
4406127	SCIEX SDT Kit	1	TEST STD 年1回交換推奨

\* は1回／年の交換